



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

FI.C.31.001.A № 38269

Срок действия до 20 февраля 2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Измерители влажности и температуры НМР155

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Фирма "Vaisala Oyj", Финляндия
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 42941-09

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП 242-0895-2009 с изменением №1
ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Свидетельство об утверждении типа продлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 февраля 2015 г. № 229

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



С.С.Голубев

"03 03" 2015 г.

Серия СИ

№ 019211